



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

12834

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

15 июня 2023 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 08-19 от 29.08.2019) утвержден тип средств измерений

**"Пурки литровые рабочие с падающим грузом ПХ-1МЦ",**

изготовитель - **ИП Мелкумян Арман Карленович, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 7170 19** и допущен к применению в Республике Беларусь с 29 августа 2019 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич

29 августа 2019 г.

Государственный комитет по  
стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

29.08.2019 №08-2019

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

5.1 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Пурки литровые рабочие с падающим грузом ПХ-1МЦ", изготовитель – ИП Мелкумян Арман Карленович, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001.

РЕШИЛИ:

5.1.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Пурки литровые рабочие с падающим грузом ПХ-1МЦ", проведенных ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Российская Федерация.

5.1.2 Утвердить тип "**Пурки литровые рабочие с падающим грузом ПХ-1МЦ**" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

5.1.3 Выдать **ИП Мелкумян Арман Карленович, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация**, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 15.06.2023.

5.1.4 Метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

5.1.5 Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 2301-0166-2018 "Пурки литровые рабочие с падающим грузом ПХ-1МЦ. Методика поверки", утвержденному в 2018 г.

5.1.6 Установить:

– межповерочный интервал – не более 12 месяцев;

– межповерочный интервал в СЗМ в Республике Беларусь – не более 12 месяцев.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

29.08.2019

Е.В. Нестерович

